


『IGF-001メンテナンスのご案内』

～ F調用イオンガンのメンテナンスで困っているお客様へ ～
イオンガンお引取りメンテナンスのお知らせ。

O/H後イオンガン本体



イオンガンをメンテナンスする時間が無い、メンテナンス後に放電が安定しないという事が御座いませんか。
純正メーカーでO/Hを行うとメンテナンス時間の節約とメンテナンス後のイオンガンを安心して（データ付属）使用して頂く事が出来ます。
純正メーカーのメンテナンスを試しませんか？



O/H前イオンガン本体



O/H前本体内部



O/H前フィラメント



詳しい説明やお見積り・お問い合わせは、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

株式会社 昭和真空 サービス部 CS課

〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3062番地10

電話 042-764-0372

maintenance-repair@showashinku.co.jp

付録

※現在ご使用頂いているイオンガンの状態確認は重要です。

○特にイオンガン本体（Cuボディ）の内側の清掃不足による放電不具合。

○アノード本体の清掃不足による放電不具合。


○ポールピースで使用するマグネットの破損による加速不足。

*これらをメンテナンスし、イオンガンの放電状態を測定する事で、イオンガンの状態を確認でき、

イオンガンを常に良い状態でご使用頂けると考えております。

*イオンガン放電特性測定のみのご要望も承ります。

参考



以上